

## 矢祭町学校給食センター食品中の放射性物質検査結果の公表について

1. 学校給食一食分まるごと検査結果は、その日提供されたもの一食分をすべてミキサーにかけて検査した結果です。
2. セシウムの検査結果はセシウム134とセシウム137の値です。
3. 検査方法は NaI(TI)シンチレーション式検査器ベルトールド社 LB2045

検査日	検査品目	産地	検査値	検査方法	基準値	給食提供日	給食メニュー
平成30年9月17日(月)	敬 老 の 日						
平成30年9月18日(火)	給食1食分		134 検出せず(<10) 137 検出せず(<10)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	平成30年9月18日	麦ごはん、あじのごまみそ焼き、切り干し大根サラダ、じゃがいものみそ汁、牛乳
平成30年9月19日(水)	給食1食分		134 検出せず(<10) 137 検出せず(<10)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	平成30年9月19日	米粉パン、タンドリーチキン、野菜ソテー、クリームスープ、牛乳
平成30年9月20日(木)	給食1食分		134 検出せず(<10) 137 検出せず(<10)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	平成30年9月20日	ゆかりごはん、野菜ロquette、こんにやくのサラダ、いなか汁、牛乳
平成30年9月21日(金)	給食1食分		134 検出せず(<10) 137 検出せず(<10)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	平成30年9月21日	麦ごはん、焼売（一人2個）、春雨サラダ、ワタンスープ、牛乳

平成30年9月17日(月)	平成30年9月18日(火)	平成30年9月19日(水)	平成30年9月20日(木)	平成30年9月21日(金)
敬 老 の 日				