

矢祭町学校給食センター食品中の放射性物質検査結果の公表について

1. 学校給食一食分まるごと検査結果は、その日提供されたもの一食分をすべてミキサーにかけて検査した結果です。
2. セシウムの検査結果はセシウム134とセシウム137の値です。
3. 検査方法はNaI(TI)シンチレーション式検査器米国 capintec 社 CAPTUS-3000A 機器での測定です。

検 査 日	検査品目	産 地	検査値	検査方法	基準値	給食提供日	給食メニュー
平成 29 年 1 月 23 日(月)	給食 1 食分		134 検出せず(<10) 137 検出せず(<10)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	平成 29 年 1 月 23 日	麦ごはん、つくだに、やきししゃも、じゃがいものそぼろ煮、具だくさん汁、牛乳
平成 29 年 1 月 24 日(火)	給食 1 食分		134 検出せず(<10) 137 検出せず(<10)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	平成 29 年 1 月 24 日	ごはん、にら玉汁、いちご、ぶたにくのゆずみそやき、さといもとこんにゃくの煮付、牛乳
平成 29 年 1 月 25 日(水)	給食 1 食分		134 検出せず(<10) 137 検出せず(<10)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	平成 29 年 1 月 25 日	ココア揚げパン、わかめサラダ、はるさめスープ、ゼリー、牛乳
平成 29 年 1 月 26 日(木)	給食 1 食分		134 検出せず(<10) 137 検出せず(<10)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	平成 29 年 1 月 26 日	麦ごはん、バラ焼き、だいこんサラダ、ひつつみ汁、牛乳
平成 29 年 1 月 27 日(金)	給食 1 食分		134 検出せず(<10) 137 検出せず(<10)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	平成 29 年 1 月 27 日	ごはん、ヒメカリのからあげ、だだちゃ豆のサラダ、いもに、牛乳

平成 29 年 1 月 23 日 (月)	平成 29 年 1 月 24 日 (火)	平成 29 年 1 月 25 日 (水)	平成 29 年 1 月 26 日 (木)	平成 29 年 1 月 27 日 (金)
				