矢祭町学校給食センター食品中の放射性物質検査結果の公表について

１．学校給食一食分まるごと検査結果は、その日提供されたもの一食分をすべてミキサーにかけて検査した結果です。

２．セシウムの検査結果はセシウム１３４とセシウム１３７の値です。

３．検査方法は NaI(TI)シンチレーション式検査器ベルトールド社 LB2045

検　査　日	検査品目	産 地	検査値	検査方法	基準値	給食提供日	給食メニュー
令和７年５月１２日（月）	給食１食分		134 検出せず(＜６) 137 検出せず(＜６)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年５月１２日	ごはん、あじのごまみそ焼き、 くきわかめのチャプチェ、なめこ汁、 牛乳
令和７年５月１３日（火）	給食１食分		134 検出せず(＜５) 137 検出せず(＜６)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年５月１３日	ごはん、ごぼうハンバーグ、 しみどうふのカレーいため、 きぬさや汁、牛乳
令和７年５月１４日（水）	給食１食分		134 検出せず(＜５) 137 検出せず(＜６)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年５月１４日	麦ごはん、 とり肉とこんにゃくのみそがらめ、 いそひたし、にら汁、牛乳
令和７年５月１５日（木）	給食１食分		134 検出せず(＜５) 137 検出せず(＜６)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年５月１５日	食パン（いちご&マーガリン）、 じゃがいものミートグラタン、 ブロッコリーのごまソース和え、牛乳
令和７年５月１６日（金）	給食１食分		134 検出せず(＜５) 137 検出せず(＜６)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年５月１６日	たけのこごはん、県産とりつくね、 ツナとごぼうのマヨサラダ、 なるとのすまし汁、牛乳

令和７年５月１２日（月）	令和７年５月１３日（火）	令和７年５月１４日（水）	令和７年５月１５日（木）	令和７年５月１６日（金）