矢祭町学校給食センター食品中の放射性物質検査結果の公表について

１．学校給食一食分まるごと検査結果は、その日提供されたもの一食分をすべてミキサーにかけて検査した結果です。

２．セシウムの検査結果はセシウム１３４とセシウム１３７の値です。

３．検査方法は NaI(TI)シンチレーション式検査器ベルトールド社 LB2045

検　査　日	検査品目	産 地	検査値	検査方法	基準値	給食提供日	給食メニュー
令和７年６月１６日（月）	給食１食分		134 検出せず(＜７) 137 検出せず(＜７)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年６月１６日	ごはん、豚肉のねぎみそ焼き、 たくあんとキャベツのごまじょうゆ和え かきたま汁、牛乳
令和７年６月１７日（火）	給食１食分		134 検出せず(＜６) 137 検出せず(＜６)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年６月１７日	ごはん、さばの竜田揚げ、 春雨サラダ、とりごぼう汁、牛乳
令和７年６月１８日（水）	給食１食分		134 検出せず(＜５) 137 検出せず(＜６)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年６月１８日	麦ごはん、いわしのかんろ煮、 切干大根いため、なめこ汁、牛乳
令和７年６月１９日（木）	給食１食分		134 検出せず(＜７) 137 検出せず(＜６)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年６月１９日	コッペパン、スラッピージョー、 ブロッコリーサラダ、 アルファベットスープ、牛乳
令和７年６月２０日（金）	給食１食分		134 検出せず(＜９) 137 検出せず(７＜)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq／kg	令和７年６月２０日	ごはん、手作り春巻き、 こんぶの油いため、 なるとの中華スープ、牛乳

令和７年６月１６日（月）	令和７年６月１７日（火）	令和７年６月１８日（水）	令和７年６月１９日（木）	令和７年６月２０日（金）