

__矢祭町学校給食センター食品中の放射性物質検査結果の公表について

1. 学校給食一食分まるごと検査結果は、その日提供されたもの一食分をすべてミキサーにかけて検査した結果です。
2. セシウムの検査結果はセシウム134とセシウム137の値です。
3. 検査方法は NaI(TI)シンチレーション式検査器ベルトールド社 LB2045

検 査 日	検査品目	産 地	検査値	検査方法	基準値	給食提供日	給食メニュー
令和7年9月8日 (月)	給食1食分		134 検出せず(<7) 137 検出せず(<7)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年9月8日	ゆかりごはん、きんぴら汁、メンチカツ、こんぶ風味づけ、牛乳
令和7年9月9日 (火)	給食1食分		134 検出せず(<6) 137 検出せず(<7)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年9月9日	ごはん、なめこ汁、さばのしお焼き、肉じゃが、牛乳
令和7年9月10日 (水)	給食1食分		134 検出せず(<5) 137 検出せず(<6)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年9月10日	ごはん、春雨スープ すどり、ツナともやしの中華和え、牛乳
令和7年9月11日 (木)	給食1食分		134 検出せず(<7) 137 検出せず(<6)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年9月11日	メロンパン風トースト、 パンネ野菜スープ、 チキンとチーズのサラダ、牛乳
令和7年9月12日 (金)	給食1食分		134 検出せず(<5) 137 検出せず(<5)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年9月12日	ごはん、生揚げのみそ汁、 さんまのうめ煮、スタミナいため、牛乳

令和7年9月8日 (月)	令和7年9月9日 (火)	令和7年9月10日 (水)	令和7年9月11日 (木)	令和7年9月12日 (金)
				